



*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE-COMUNICAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE SANITARIA  
Ufficio IV

Al Laboratorio SILEA s.r.l.  
sede legale Via Moncalvo 29 – 20146 Milano  
Sede operativa e amministrativa Via Moncalvo 33/35 –  
20146 Milano

N. .... DGPREV/IV/ ..... /P  
classifica .....

Risposta al Foglio del .....

N. ....

Presidente della Giunta Regionale  
della Regione Lombardia  
Via Fabio Filzi 22  
20124 - Milano

**OGGETTO: Progetto "amianto" - Ministero della Salute CCM (Centro Controllo Malattie)-  
ISPESL. CONTROLLO DI QUALITA' DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO LA  
DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLE FIBRE DI AMIANTO.  
ESITO DELLA QUALIFICAZIONE METODICA MOCF e FTIR.**

In riferimento all'esito della partecipazione al progetto in parola, si comunica che i risultati forniti da codesto Laboratorio, relativi alle analisi di pertinenza, sono stati valutati nella classe "*soddisfacenti*" rispetto ai parametri predefiniti stabiliti nei programmi redatti dai laboratori coordinatori (DM 14 maggio 1996) e successivamente aggiornati per la fase attuativa, grazie al finanziamento promosso dal progetto CCM 2008 n. 92 del Ministero della salute.

Pertanto, si conferma il superamento delle prove in risposta al processo di qualificazione richiesto dall'allegato 5, punto 5, parte integrante del DM 14 maggio 1996 "requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto". Si ricorda che, anche per i campionamenti, lo stesso decreto prevede, per i laboratori, i medesimi requisiti tecnici e professionali indicati per le analisi.

In conclusione, il laboratorio è qualificato a svolgere attività analitiche relativamente alla metodica analitica in spettrofotometria microscopia ottica in contrasto di fase **MOCF MASSA, MOCF AERODISPERSI** e spettrofotometria **FTIR**.

Si tratta del primo programma di intercalibrazione su scala nazionale che come progetto pilota intende avviare un circolo virtuoso di monitoraggio periodico il quale dovrà garantire la partecipazione di eventuali nuove strutture laboratoristiche e sottoporre a giudizio cadenzato tutti i laboratori operanti per confermarne la qualità dei rapporti di prova.

L'adozione dei successivi programmi verrà necessariamente pianificata e programmata con le Regioni, quindi resa nota attraverso le stesse Regioni e il sito web del Ministero della salute: [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). Su quest'ultimo, inoltre, potrà essere visualizzato sia l'elenco dei laboratori che hanno superato le prove e che pertanto risultano al momento qualificati, che la lista dei laboratori in attesa di accedere ai successivi programmi.

Le Regioni che leggono per conoscenza, verranno invitate a breve ad un incontro per pianificare e condividere le modalità per la gestione dei futuri programmi di qualificazione.

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO CCM  
DG Prevenzione Ufficio IV  
(Dr. Mariano Alessi)

Spettabile

Att.ne Dr. Mariano Alessi - Direzione generale  
della prevenzione sanitaria Uff IV  
Via Giorgio Ribotta, 5  
00144 ROMA (RM)  
Email: dgprev@postacert.sanita.it

Dr.ssa Campopiano Antonella - INAIL Settore  
Ricerca - Dipartimento Medicina,  
Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambiente  
Email: dcricerca@postacert.inail.it

E pc.

Silea srl

20100 MILANO (MI)  
Email: silea\_srl@pec.it

**Oggetto : Qualificazione Laboratorio Silea per analisi Amianto aerodisperso con SEM - Esito risultato circuito di riserva**

In data 06/02/2017 ho ricevuto dal laboratorio SILEA srl - lab87LOM15 i risultati delle analisi dei 4 campioni inviati in data 31/1/2017 come circuito SEM supplementare.

I risultati inviati sono stati analizzati sulla base dei requisiti previsti dal Protocollo SEM del Ministero punto 5b e l'esito ottenuto dal laboratorio Silea classifica il laboratorio in **CATEGORIA 1 – SODDISFACENTE**; il laboratorio ha rispettato i tempi previsti, ha fornito 3 risultati su 4 buoni o sufficienti ed ha identificato correttamente le tipologie mineralogiche su tutti e 4 i campioni.

Dalla analisi della documentazione risulta inoltre che il laboratorio è accreditato i sensi della Norma 17025 sulla metodica di cui al DM 6/9/94 all 2b (SEM Aria).

Sulla base degli elementi valutati do dunque parere favorevole all'inserimento del laboratorio Silea srl in lista 1.

Cordiali saluti

*Il Dirigente*  
ANNA SOMIGLIANA

